

Data: 23.04.2013 r.  
dot.: Zaprośzenie do złożenia oferty  
Nr GP-Z/AP/98/2013 z dn. 18.04.2013 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści aktualny certyfikat ISO 9001:2008 systemu jakości projektowania, produkcji, dostarczania i montowania oraz serwisowania mebli laboratoryjnych i medycznych oraz dygestoriów i urządzeń laboratoryjnych. Norma Polska jest przedrukiem normy z normy międzynarodowej (ISO) i jest traktowana jako identyczna.

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści aktualny atest PZH na armaturę laboratoryjną przeznaczeniem do montażu w laboratoriach przemysłowych, chemicznych, mikrobiologicznych itp. Armatura laboratoryjna przeznaczona jest do montażu w instalacjach wodociągowych w stołach laboratoryjnych bezpośrednio na blatach lub nadstawkach stołów.

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści aktualny certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisowania mebli laboratoryjnych i medycznych oraz dygestoriów i urządzeń laboratoryjnych. Norma Polska jest przedrukiem normy z normy międzynarodowej (ISO) i jest traktowana jako identyczna.

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy punktu V.5.c) i d):

Wykonawca wystawia deklarację zgodności z wymienionymi normami - czy to zdaniem Komisji jest tożsamy z certyfikatem zgodności?

### **Odpowiedź:**

Deklaracja zgodności nie jest tożsama z certyfikatem zgodności.

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy punktu V.5.a) i e):

Wykonawca posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001, natomiast nie ma certyfikatu zarządzania ISO 14001. Brak tego certyfikatu spowoduje odrzucenie oferty?

### **Odpowiedź:**

Brak certyfikatu ISO 14001 spowoduje odrzucenie oferty.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i załączenia do oferty certyfikatu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 lub ISO 14001:2005, ponieważ w żaden sposób nie wpływa on na finalną postać i wartość użytkową oferowanego produktu ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 7:**

Czy ze względu, iż według przepisów woda pochodząca ze stanowisk laboratoryjnych nie jest wodą pitną, Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty atestu PZH na armaturę laboratoryjną? Zamawiający przewidział w zamówieniu zlewy higieniczne ze stali nierdzewnej z armaturą sanitarną chromowaną, która posiada atest PZH

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 8:**

Czy w sytuacji kiedy armatura laboratoryjna jest pokryta powłoką epoksydową, Zamawiający zgodzi się na dołączenie atestu PZH na farbę epoksydową zamiast atestu PZH na armaturę sanitarną?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 30.04.2013 ze względu na potrzebę wyceny dużej ilości stołów laboratoryjnych ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 10:**

Czy w przypadku, kiedy szafki o głębokości 600mm mogłyby wystawać przed blat roboczy, Zamawiający dopuści zaoferowanie szafek o głębokości 510mm, które będą licowały się z przodem oferowanych stelaży nośnych?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy na odczynniki wykonanej ze stali malowanej proszkowo farbami epoksydowymi lub wykonanej z poliuretanu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 12:**

Czy szafa na odczynniki ma być wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych?

**Odpowiedź:**

Nie.